

Abnahmeprüfzeugnis

Inspection Certificate

Bezeichnung: RS-Tabletten Hersteller: Endhausen
Description: RS Tablets
Material: Milchpulver Chargennummer: EE03025
Material: Milk powder *Batch number:*

Friabilitätstest

Friability test

Anzahl der Prüflinge: 6 x 37 Tabletten Testdatum: 2023-05-15
Measurement quantity: 6 x 37 tablets *Date of Test:*

Messergebnis <i>Measurement results</i>	1.Messung <i>1st measurement</i>	2.Messung <i>2nd measurement</i>	3.Messung <i>3rd measurement</i>	4.Messung <i>4th measurement</i>	5.Messung <i>5th measurement</i>	6.Messung <i>6th measurement</i>
Gewicht vor Testbeginn <i>Weight before test</i>	6706,6 mg	6714,1 mg	6705,3 mg	6697,6 mg	6702,9 mg	6712,5 mg
Gewicht nach Test <i>Weight after test</i>	6699,1 mg	6703,2 mg	6696,3 mg	6687,6 mg	6695,5 mg	6706,9 mg
Abweichung in % <i>Difference in %</i>	0,11 %	0,16 %	0,10 %	0,17 %	0,11 %	0,08 %
Abweichung Akzeptanzkriterium von <0,5% <i>Difference acceptance criteria of <0,5%</i>						

Die Messung erfolgte an einem ERWEKA Tablettenabriebtester TAR II (Testlänge: 100 Umdrehungen bei 25 $1/\text{min}$) Serien-Nr. 305884 sowie einer Waage (Identnummer: 90203027), ein Tachometer (Identnummer: B1AB4012) und eine Stoppuhr (Identnummer: T98009). Die Geräte wurden mit Prüfmitteln kalibriert, welche Maßanschluss an nationale Normale haben.

Measurements were performed with an ERWEKA Abrasion Tester TAR II (100 Turns, 25rpm) Serial no.: 305884, a balance (Ident number: 90203027), a speedometer (Ident number: B1AB4012) and a stopwatch (Ident number: T98009). Prior to measurements they were calibrated with references traceable to national standards.

Umwelteinflüsse sorgen für einen natürlichen Verfallsprozess der RS-Tabletten und können deren Eigenschaften verändern. Deshalb wird die Einhaltung folgender Lagerungsbedingungen empfohlen: Trocken, dunkel, nach dem Anbruch im Exsikator aufbewahren.

Environmental influences can cause an ongoing process of disintegration of tablets and can change their characteristics. Therefore we recommend the following storage conditions: Dry, dark, storage in exsiccator after opening.

Die Messwerte dieser Charge werden regelmäßig überprüft. Bitte prüfen Sie ggf. die Verfügbarkeit neuerer Dokumente auf unserer Internetseite www.erweka.com/support/certificates.html.
The values of this batch are checked regularly. Please check online under www.erweka.com/support/certificates.htm | if newer documents are available.

Gültigkeit des Abnahmeprüfzeugnisses: **2024-12-31**
Validity of the inspection certificate:

Langen, 2024-08-30

ppa. 
Sevgi Klier
- Director Quality & HR-