

Abnahmeprüfzeugnis

Inspection Certificate

Bezeichnung: <i>Description:</i>	RS-Tabletten <i>RS Tablets</i>	Hersteller: <i>Identnumber:</i>	Endhausen
Material: <i>Material:</i>	Milchpulver <i>Milk powder</i>	Chargennummer: <i>Batch number:</i>	EK01009

Friabilitätstest

Friability test

Anzahl der Prüflinge: <i>Measurement quantity:</i>	6 x 37 Tabletten 6 x 37 tablets	Testdatum: <i>Date of Test:</i>	2024-08-30
---	------------------------------------	------------------------------------	------------

Messergebnis <i>Measurement results</i>	1.Messung <i>1st measurement</i>	2.Messung <i>2nd measurement</i>	3.Messung <i>3rd measurement</i>	4.Messung <i>4th measurement</i>	5.Messung <i>5th measurement</i>	6.Messung <i>6th measurement</i>
Gewicht vor Testbeginn in mg <i>Weight before test in mg</i>	6738,7	6743,3	6739,6	6745,7	6741,6	6747,5
Gewicht mg nach Test in mg <i>Weight after test in mg</i>	6732,8	6739,3	6734,5	6741,2	6735,6	6741,6
Abweichung in % <i>Difference in %</i>	0,09	0,06	0,08	0,07	0,09	0,09

Abweichung Akzeptanzkriterium von <0,5%
Difference acceptance criteria of <0,5%

Die Messung erfolgte an einem ERWEKA Tablettenabriebtester TAR II (Testlänge: 100 Umdrehungen bei 25 $\frac{1}{\text{min}}$) Serien-Nr. 305884 sowie einer Waage (Identnummer: 90203027), ein Tachometer (Identnummer: B1AB4012) und eine Stoppuhr (Identnummer: T98009). Die Geräte wurden mit Prüfmitteln kalibriert, welche Maßanschluss an nationale Normale haben.

Measurements were performed with an ERWEKA Abrasion Tester TAR II (100 Turns, 25rpm) Serial no.: 305884, a balance (Ident number: 90203027), a speedometer (Ident number: B1AB4012) and a stopwatch (Ident number: T98009). Prior to measurements they were calibrated with references traceable to national standards.


Umwelteinflüsse sorgen für einen natürlichen Verfallsprozess der RS-Tabletten und können deren Eigenschaften verändern. Deshalb wird die Einhaltung folgender Lagerungsbedingungen empfohlen: Trocken, dunkel, nach dem Anbruch im Exsikator aufbewahren.

Environmental influences can cause an ongoing process of disintegration of tablets and can change their characteristics. Therefore we recommend the following storage conditions: Dry, dark, storage in exsiccator after opening.

Die Messwerte dieser Charge werden regelmäßig überprüft. Bitte prüfen Sie ggf. die Verfügbarkeit neuerer Dokumente auf unserer Internetseite www.erweka.com/support/certificates.html.
The values of this batch are checked regularly. Please check online under www.erweka.com/support/certificates.htm | if newer documents are available.

Gültigkeit des Abnahmeprüfzeugnisses: **2025-08-31**
Validity of the inspection certificate:

Langen, 2024-08-30

ppa. 
Sevgi Klier
- Director Quality & HR-